

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

wenn Feld 22 NICHT IN (0;5) 23> Aggregatposition 1 = infraclaviculär subcutan 2 = infraclaviculär subfaszial 3 = infraclaviculär submuskulär 4 = abdominal 9 = andere		wenn Feld 26 IN (1;2;4;5;6;7;99) 28> Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten Vorhofsonde 1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt		wenn Feld 31 IN (1;2;4;5;6;7;8;9;99) 33> Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde 1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt	
wenn Feld 22 IN (2;3;5) 24> explantiertes System 1 = VVI 2 = DDD 3 = VDD 4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 5 = CRT-System ohne Vorhofsonde 6 = subkutaner ICD 9 = sonstiges		wenn Feld 21 <> 3 und wenn Feld 26 IN (0;1;2;3;4;5;99) 29.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms		wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;7;8;9;99) 34> Position 1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 9 = andere	
wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;5;9) 25.1> Aggregat: Jahr der Implantation JJJJ		wenn Feld 26 IN (0;1;2;3;4;5;99) 30.1> P-Wellen-Amplitude 30.2> P-Wellen-Amplitude nicht gemessen 1 = wegen Vorhofflimmerns 9 = aus anderen Gründen		35.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms	
25.2> Jahr der Implantation nicht bekannt 1 = ja		30.1> P-Wellen-Amplitude 30.2> P-Wellen-Amplitude nicht gemessen 1 = wegen Vorhofflimmerns 2 = fehlender Vorhofoigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen		35.2> Reizschwelle nicht gemessen 1 = separate Pace/Sense-Sonde 9 = aus anderen Gründen	
26-51 Sonden		31-48.2 Ventrikel		wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;8;99) und wenn Feld 34 IN (1;2) 36.1>> R-Amplitude 36.2>> R-Amplitude nicht gemessen 1 = separate Pace/Sense-Sonde 2 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	
26-30.2 Vorhof		31-36.2 Erste Ventrikelsonde/Defibrillationssonde		37-42.2 Zweite Ventrikelsonde	
26 Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges		31 Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde 8 = Stilllegung des Defibrillationsanteils der Sonde 9 = Stilllegung der gesamten Sonde 99 = sonstiges		37 Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges	
wenn Feld 26 IN (1;2;3;4;5;6;7;99) 27> Problem Schlüssel 1		wenn Feld 31 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99) 32> Problem Schlüssel 2			

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

wenn Feld 37 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)		43-48.2 Dritte Ventrikelsonde		48.2>> R-Amplitude nicht gemessen	
38>	Problem Schlüssel 1	43	Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges	1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	
wenn Feld 37 IN (1;2;4;5;6;7;99)		wenn Feld 43 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)		49-51 Andere Defibrillationssonde(n)	
39>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten zweiten Ventrikelsonde 1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt	44>	Problem Schlüssel 1	49	Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges
wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;7;99)		wenn Feld 43 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)		wenn Feld 49 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	
40>	Position 1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 3 = Koronarvene, anterior 4 = Koronarvene, lateral, posterolateral 5 = Koronarvene, posterior 6 = epimyokardial linksventrikulär 9 = andere	45>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten dritten Ventrikelsonde 1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt	50>	Problem 0 = Systemumstellung 1 = Dislokation 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt 3 = fehlerhafte Konnektion 4 = Infektion 5 = Myokardperforation 6 = ineffektive Defibrillation 7 = Rückruf/Sicherheitswarnung 8 = wachstumsbedingte Sondenrevision 9 = sonstige
wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;99)		wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;7;99)		wenn Feld 49 IN (1;2;4;5;6;7;99)	
41.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms	46>	Position 1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 3 = Koronarvene, anterior 4 = Koronarvene, lateral, posterolateral 5 = Koronarvene, posterior 6 = epimyokardial linksventrikulär 9 = andere	51>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten anderen Defibrillationssonde(n) 1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt
41.2>	Reizschwelle nicht gemessen 1 = ja	wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;99)		wenn Feld 49 IN (1;2;4;5;6;7;99)	
wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;99) und wenn Feld 40 IN (1;2)		47.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms	52-55.5 Peri- bzw. postoperative Komplikationen	
42.1>>	R-Amplitude	47.2>	Reizschwelle nicht gemessen 1 = ja	52 peri- bzw. postoperative Komplikation(en) 0 = nein 1 = ja	
42.2>>	R-Amplitude nicht gemessen 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;99) und wenn Feld 46 IN (1;2)			
		48.1>>	R-Amplitude		

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

wenn Feld 52 = 1		54.2>> Sondendislokation der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	56-58 Entlassung
53.1> kardiopulmonale Reanimation 1 = ja <input type="checkbox"/>	54.3>> Sondendislokation der zweiten Ventrikelsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	56 Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	57 Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 3 <input type="checkbox"/>
53.2> interventionspflichtiger Pneumothorax 1 = ja <input type="checkbox"/>	54.4>> Sondendislokation der dritten Ventrikelsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	58 Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.dimdi.de 1. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 2. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 3. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 4. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 5. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 6. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 7. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 8. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 9. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 10. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> ... 30. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	
53.3> interventionspflichtiger Hämatothorax 1 = ja <input type="checkbox"/>	54.5>> Sondendislokation der anderen Defibrillationssonde(n) 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 53.7 <= LEER	
53.4> interventionspflichtiger Perikarderguss 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.1>> Sondendysfunktion der Vorhofsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.1>> Sondendysfunktion der Vorhofsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	
53.5> interventionspflichtiges Taschenhämatom 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.2>> Sondendysfunktion der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.2>> Sondendysfunktion der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	
53.6> revisionsbedürftige Sondendislokation 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.3>> Sondendysfunktion der zweiten Ventrikelsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.3>> Sondendysfunktion der zweiten Ventrikelsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	
53.7> revisionsbedürftige Sondendysfunktion 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.4>> Sondendysfunktion der dritten Ventrikelsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.4>> Sondendysfunktion der dritten Ventrikelsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	
53.8> postoperative Wundinfektion nach den KISS Definitionen 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.5>> Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n) 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.5>> Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n) 1 = ja <input type="checkbox"/>	
53.9> sonstige interventionspflichtige Komplikation 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 53.6 <= LEER		
54.1>> Sondendislokation der Vorhofsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	54.1>> Sondendislokation der Vorhofsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>		

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

Schlüssel 1

- 0 = Systemumstellung
- 1 = Dislokation
- 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
- 3 = fehlerhafte Konnektion
- 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
- 5 = Oversensing
- 6 = Undersensing
- 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
- 8 = Infektion
- 9 = Myokardperforation
- 10 = Rückruf/Sicherheitswarnung
- 11 = wachstumsbedingte Sondenrevision
- 99 = sonstige

Schlüssel 2

- 0 = Systemumstellung
- 1 = Dislokation
- 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
- 3 = fehlerhafte Konnektion
- 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
- 5 = Oversensing
- 6 = Undersensing
- 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
- 8 = Infektion
- 9 = Myokardperforation
- 10 = ineffektive Defibrillation
- 11 = Rückruf/Sicherheitswarnung
- 12 = wachstumsbedingte Sondenrevision
- 99 = sonstige

Schlüssel 3

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre
Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen
einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in
der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet,
nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet,
nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den
Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen,
nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen
nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel
zwischen voll-, teilstationärer und
stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im
Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)